

РАЗРЫВ ИМПЛАНТАТА

Основные факты

- Определение: Разрыв оболочки имплантата с выходом силикона или физиологического раствора
 - Силикон после разрыва может оставаться внутри фиброзной капсулы
 - Интракапсулярный разрыв
 - Силикон может выходить за пределы фиброзной капсулы
 - Внекапсулярный разрыв
- Классический вид
 - Спадение силиконовой оболочки разорвавшегося имплантата с физиологическим раствором
 - Физиологический раствор резорбируется тканями
 - Внекапсулярный разрыв силиконового имплантата
 - Свободный силикон остается в тканях молочной железы
 - Интракапсулярный разрыв силиконового имплантата
 - Маммограмма может быть не информативной
 - МРТ — лучшая методика визуализации в этом случае
- Другие важные факты
 - Разрыв может быть бессимптомным
 - Имплантаты не устанавливаются пожизненно
 - Непредвиденный бессимптомный разрыв имеет место в 6 % случаев или чаще